

機 器 等 内 訳 書

	機器名	品名・規格・型番	数量
1	自動体外式除細動器等 (AED)	株式会社フィリップスジャパン ハートスタート HS1+e M5066Ae	3
		寸法(高さ×幅×奥行) 7.2cm×21.0cm×19.0cm	
		株式会社フィリップスジャパン 標準キャリングケース	
		株式会社フィリップスジャパン 応急用はさみ	
2	消耗品	株式会社フィリップスジャパン パッドカートリッジ成人(M5071A)×2	3
		株式会社フィリップスジャパン バッテリー(M5070A)	
		フクダ電子株式会社 AED救急セット(AEDQQ-HS)	

※ 参考機種

(株)フィリップスジャパン:ハートスタートHS1+e M5066Ae

**条件**

- (1) AED本体及び使用するパッドは、医療器具(除細動器)として薬事法上の承認を得ていること。
- (2) バッテリー方式で作動し、バッテリーの寿命はスタンバイで4年以上、ショックの回数が200回以上のものであること。
- (3) 通電波形は、二相波形式で出力エネルギーは150J固定であること。
- (4) AEDに心臓マッサージの手順をアナウンスするCPRコーチング機能が付いていること。
- (5) AEDに人工呼吸の手順をアナウンスするCPRコーチング機能が付いていること。
- (6) ショックが必要であると判断した後であっても、患者の心電図波形が戻った場合には、安全機能として電気ショックを自動的に取消(キャンセル)する機能があること。
- (7) スタンバイの状態ではAED本体にパッドカートリッジがあらかじめセットされていること。
- (8) AED本体がバッテリー残量を含めたセルフテストを毎日行うこと。  
そのセルフテストのなかでは、スピーカー・電極パッドの導通チェックを行っていること。
- (9) AED本体・バッテリー・パッドに異常が発生した場合、表示で知らせるとともにアラーム音でも知らせること。
- (10) 設置したAED本体にトレーニングカートリッジを付けて、使用確認、練習ができること。
- (11) 救急蘇生法2020対応であること。

※ 上記製品について、破損や故障が生じ、修理または交換が必要となった場合の費用については、盛岡市の使用に問題があった場合を除いて、交換部品等を含めて、すべてこの契約に含むものとする。

※ 定期消耗品(バッテリー、パッドカートリッジ)については、定期交換時期に交換することとし、交換費用については、交換消耗品等を含めて、すべてこの契約に含むものとする。

また、実際に使用した消耗品(パッドカートリッジ、AED救急セット等)の交換費用についても、交換消耗品等を含めて、すべてこの契約に含むものとする。

※ 既設の機器等を撤去する必要がある場合には、その撤去費用もこの契約に含むものとする。